



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Pomorze Zachodnie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



Megaron S.A.
ul Pyrzycka 3e,f
70*892 Szczecin

Szczecin 28.08.2018

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

Przedmiotem zamówienia są następujące urządzenia: wagosuszarka (2 sztuki), waga analityczna oraz waga techniczna (2 sztuki) odpowiednio: Zadanie 3 Wydatek 4, Wydatek 8 oraz Wydatek 9 w ramach projektu pn. Zakup aparatury B+R w celu uruchomienia długofalowego programu badań nad właściwościami technicznymi oraz jakością nowych produktów MEGARON S.A.

Przedmiotem zamówienia są:

1. Wagosuszarka – 2 sztuki (Zadanie 3 Wydatek 4 ww. projektu)

- Sprzęt do badania zawartości suchej pozostałości w zaprawie tynkarskiej, w masie klejącej oraz w impregnacji lub w środку gruntującym zgodnie z metodą zawartą w Wytycznych do Europejskich Aprobatach Technicznych (ETAG nr 004).
- Wagosuszarki o dwóch różnych zakresach pomiarowych nie gorszych niż: 100 g oraz 200 g
- Zakres temperatury suszenia minimum: do 160°C
- Element grzewczy: promiennik podczerwieni
- Dokładność odczytu wilgotności: 0,001 %
- Dokładność pomiaru (powtarzalność) wilgotności nie gorsza niż: 0,05%
- Masa próbki: minimum 2 g
- Dokładność odczytu wagi: minimum 1 mg
- Działka elementarna d: 0,001 g
- Wyświetlacz: LCD
- Wymiar szalki: średnica minimum 90 mm
- Materiał szalki: stal nierdzewna
- Zasilanie: 230V, 50Hz

2. Waga analityczna (Zadanie 3 Wydatek 8 ww. projektu)

- Waga laboratoryjna umożliwiająca odważanie niewielkich ilości komponentów suchych
- Dokładność odczytu: 0,0001 g
- Powtarzalność: 0,1 mg
- Wymagane obciążenie maksymalne nie mniejsze niż: 500 g
- Automatyczna kalibracja wewnętrzna
- Wyświetlacz: kolorowy dotykowy LCD
- Czas czas stabilizacji nie gorszy niż: ~3,5 sek.
- Wymiar szalki: średnica minimum 90 mm
- Materiał szalki: stal nierdzewna
- Zasilanie: 230V, 50Hz

3. Waga techniczna – 2 sztuki (Zadanie 3 Wydatek 9 ww. projektu)

- Wagi techniczne precyzyjne do nważenia większych ilości komponentów suchych oraz mokrych
- Dwie wagi o różnym maksymalnym zakresie pomiarowym nie gorszym niż: 1000 g oraz 6000 g
- Dokładność odczytu wag: minimum 0,001 g (dla wagi o maksymalnym zakresie pomiarowym 1000 g) oraz 0,01 g (dla wagi o maksymalnym zakresie pomiarowym 6000 g)

12

- Automatyczna kalibracja wewnętrzna w przypadku obu wag
- Wyświetlacz: duży panel dotykowy LCD
- Czas czas stabilizacji nie gorszy niż: ~3 sek.
- Wymiar szalki: minimum 125 x 125 mm (dla wagi o maksymalnym zakresie pomiarowym 1000 g) oraz 190 x 190 mm (dla wagi o maksymalnym zakresie pomiarowym 6000 g)
- Legalizacja w przypadku obu wag
- Materiał szalki: stal nierdzewna
- Obydwie wagi bez osłon bocznych szalki
- Zasilanie: 230V, 50Hz

Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: **22 400 zł.**

Ustalenia wartości zamówienia dokonywano w 2018r. na podstawie aktualnych średnich cen rynkowych przedmiotu zamówienia.

Dokumenty źródłowe potwierdzające dokonanie oszacowania wartości zamówienia, tj.: notatki służbowe, oraz oferty handlowe, oferty ze stron www.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 16.08.2018 na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjności.gov.pl

Do upływu terminu składania ofert, tj. 23.08.2018 godz. 23:59:59 złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Data wpływu oferty do zamawiającego
1	RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE	17.08.2018
2	UNIWAG	23.08.2018
3	ToRoPol Sp. zo.o	23.08.2018

Złożone oferty stanowią załączniki nr 1 do niniejszego protokołu.

Oferty zostały poddane ocenie w zakresie następujących kryteriów, określonych w zapytaniu ofertowym:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Zgodność oferty z zapytaniem (TAK/NIE)	Spełnienie przez wykonawcę dotyczącego zakazu udzielania zamówień podmiotom powiązanym (TAK/NIE)	Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę (TAK/NIE)	Oferta cenowa PLN
1	RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE	TAK	TAK	TAK	15 826,00
2	UNIWAG	TAK	TAK	TAK	20 111,00
3	ToRoPol Sp. zo.o	TAK	TAK	TAK	18 500,00

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE
BIURO HANDLOWE W SZCZECINIE
ul. Mechaniczna 13
70-708 Szczecin, Polska

za cenę **15 826 zł netto.**

Uzasadnienie wyboru:

Oferty Firm UNIWAG oraz ToRoPol Sp. zo.o nie zostały wybrane z powodu wyższych cen za oferowany sprzęt w porównaniu z Firmą Radwag, która zaoferowała zdecydowanie najniższą cenę.

Postępowanie prowadził: Lidia Białończyk

Oświadczam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wydatki dokonane zostaną w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku oraz uczciwej konkurencji.

Szczecin 28.08.2018

ZATWIERDZAM

MEGARON S.A.
Prezes Zarządu


Piotr Sikora

MEGARON S.A.
Z-ca Dyrektora Badań i Rozwoj.

Róża Woźniak-Wróblewska